Для анализаторов влажности серии "ЭЛВИЗ" разработаны и аттестованы методики выполнения измерений (МВИ):

наименование продукта (материала)	номер под которым зарегистрированна атестованная МВИ	максимально допустимая методикой абсолютная погрешность измерения влажности продукта,%	среднее время одного измерения влажности конкретного продукта при соблюдении рекомендаций МВИ, мин
МВИ для зерноперерабатывающих предприятий и комбикормопроизводителей			
зерновые культуры от 0% до 18% / от 18% и более	243.04.01.002/2003	0,5/0,7	8-7/7-10
мука и отруби	243-20	0,5	3-5
МВИ для предприятий хлебопекарной промышленности			
хлебобулочные изделия	243-22	0,8	5-10
макаронные изделия	243-21	0,5	3-7
тесто хлебопекарное	243-49	1,0	7-9
дрожжи пресованные, хлебопекарные	243-45	1,0	4-7
МВИ для предприятий кондитерской промышленности			
вафельные листы, начинка	243-42	0,5	3-4
печенье, пряничные изделия	243-27	0,5	4-6
торты, пирожные	243-24	0,5	4-8
кремы кондитерские	243-28	0,6	2-8
мармелад	243-48	2,0	6-8
зефир	243-47	1,0	5-8
джемы	243.04.01.008/2003	1,0	6-7
орехи (миндаль, фундук, фисташки)	243.04.01.004/2003	0,4	5-6
МВИ для пищевых комбинатов производящих закуски и продукты быстрого приготовления			
концентраты пищевые (сухие завтраки)	243-56	0,6	3-5
концентраты пищевые (супы)	243-54	0,6	3-6
концентраты пищевые (каши)	243-55	0,6	4-7
сухарики (с вкусовыми добавками)	343.04.01.001/2002	0,3	4-6
МВИ для предприятий молочной и жировой промышленности			
кисломолочные продукты: кефир, йогурт	243-46 / 243-57	0,8	4-7
творог и сырковая масса	243-37	0,5	8-12
сыры	243-36	0,5	7-9
масло сливочное (коровье)	243-35	0,5	4-5
молоко сухое: цельное, обезжиренное	243.04.01.007/2003	0,3	3-5
мороженное	243-58	0,7	5-6
молоко сгущённое с сахаром	243.04.01.003	1,0	9-11

маргарин	М243-47	0,7	5-8
майонез	243-44	0,6	7-9
МВИ для мясоперерабатывающих предприятий			
колбасные изделия	243-26	0,8	10-13
альбумин	243.04.01.004	0,5	4-6
МВИ для фармацевтических предприятий			
анальгин, аспирин	243-38	0,2	3-7
литовит	243.04.01.2003	0,5	5-6
гематоген	243.04.01.004	0,5	7-8
МВИ для водоканалов			
кек (активный ил)	243-43	относительная погрешность(%) 5,0	20-25
МВИ для предприятий бумажной промышленности			
бумага, картон	243.04.01.016/2006	0,3	3-5
МВИ для предприятий производящих резинотехнические изделия			
мел природный/ каолин обогощённый	243-53	относит.погр. 25,0/5,0	3-4 / 3-4
технический углерод / сажа белая	243-52	относит.погр. 25,0/5,0	3-4 / 3-4
наполнители для вулканизации резины	243-51	относит.погр. 25,0	3-4
каучук синтетический	243-50	относит.погр. 25,0	3-4

Отсутствие интересующих Вас МВИ в вышеизложенном перечне не означает не возможность работы с данными материалами на анализаторах серии "ЭЛВИЗ".

Сейчас разработаны, но ещё не аттестованы МВИ для солода, комбикормов, кормов на основе трав, для круп, масличных культур и продуктов их переработки (жмых, шрот, масло), сушеных овощей и фруктов, пряностей, растительного лекарственного сырья, сырья для производства майонеза (яичный порошок, меланж), мясного фарша, рыбы и рыбопродуктов, табака, хлопка, тканей, древесной стружки, лакокрасочной продукции, строительных материалов (цемент, песок, мел, глина, формовочные смеси), почвы, торфа и др.

Если вам необходима аттестованная ГОССТАНДАРТОМ РФ методика, то мы можем провести все подготовительные работы для проведения аттестации. Расценки органов ГОССТАНДАРТА РФ составляют порядка 10 000 рублей за одну методику.